+

Rapport.

Mr. Brouillard à Envoyé à l'academie le Model en en bois d'un instrument en acier qu'il a fait faire pour déclaver la Tete d'un Enfant, soit qu'elle se présente la premiere, ou qu'elle ne puisse sortir la derniere; L'auteur dit s'estre servi une fois utillement de cet instrument dans chacun de ces deux Cas, et il en donne les observations, Mais malgré la réussite qui nous est annoncée; Nous commissaires nommés pour en dire nôtre sentiment, croyons que les différentes aspérités dont les Cerres de l'instrument de Mr. Brouillard sont couvertes ne doivent pas etre regardées come de peu de consequences, sur tout pour les parties de la Mere, ensorte que nous pensons que le forceps Courbe que l'un de Nous a inventé est préférable a l'Instrument de Mr. Brouillard par la raison qu'il renferme et au dela les avantages annoncées et qu'il n'a pas les mêmes inconveniens à aucun Egard. Au reste on ne peut que louer le zele de Mr. Brouillard et luy scavoir gré de communiquer ces productions a l'académie, qui d'ailleurs les recevra toujours avec plaisir. fait a Paris Le dix 8bre Mil sept cent cinquante quatre.

Deperme

Levret

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 32 d.4 n° 125